

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的
安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目		要求	提供单位	备注
供电	电源	单相 AC 220V±10%, 频率 50/60HZ, 功率 3.7KW	客户提供	
	新国标插线板	需准备一个单相电压 AC 220V 50HZ, 最大电流 10A 的插线板 	客户提供	
	接地	电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供	
气源 		请准备一瓶 40 升的工作气体气瓶口请配套相应的减压阀	客户提供	
水冷设备 		设备工作时需要接通水冷降温，需要一台水冷机	客户选配	